



**S. C. PROVVEDITORATO**

Direttore f.f.: Dott. Paolo Pelliccia

Tel. 02-4022.2559 - 02-8184.2148

Fax 02-8184.4000

PEC: [provveditorato@pec.asst-santipaolocarlo.it](mailto:provveditorato@pec.asst-santipaolocarlo.it)

E-MAIL: [provveditorato.segreteria@asst-santipaolocarlo.it](mailto:provveditorato.segreteria@asst-santipaolocarlo.it)

Sede operativa: Presidio San Carlo

A TUTTE LE SOCIETA' INTERESSATE

**OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER EMOSTASI GASTRO-INTESTINALE, RESEZIONE ENDOSCOPICA, BIOPSIA CITOLOGICA, TRATTAMENTO DELLE PERFORAZIONI E DELLE FISTOLE, DISPOSITIVI PER ESTRAZIONE O RECUPERO – LOTTI DAL N. 1 AL N. 19 – OCCORRENTI ALLA S.S.D. SERVIZIO DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA DELL'A.S.S.T. SANTI PAOLO E CARLO, PER L'IMPORTO ANNUO POSTO A BASE D'ASTA DI EURO 183.210,00=IVA ESCLUSA – PER 12 MESI. CIG VARI**

**CHIARIMENTO N. 2 DEL 14.01.2020**

In riscontro alle richieste di chiarimenti, inoltrate da alcune Società che hanno preso visione della documentazione di gara, si comunica quanto segue:

**Domanda n. 1)**

**Lotti 1, 14, 18: “ Poiché le descrizioni dei dispositivi identificano in modo molto stringente un unico Produttore, si richiede di rendere meno specifiche le caratteristiche tecniche per permettere una più ampia partecipazione ai lotti”**

**Risposta n. 1)**

Premesso che le caratteristiche richieste per i dispositivi medici ricompresi nei lotti 1, 14, 18 sono fondamentali per garantire il massimo della sicurezza e della qualità nell'utilizzo dei dispositivi stessi, accogliamo parzialmente la richiesta e modifichiamo la descrizione relativa al solo lotto 14, così come di seguito riportato:

**Lotto 14**

Dispositivo per mucosetomia multielastico composto da manipolo, accessorio per lavaggio, sistema di legatura costituito da almeno 6 elastici, premortati su cappuccio con penultimo elastico di colore diverso, compatibile con strumenti dal diametro da 9.5 mm a 14 mm, fornito di ansa compatibile per la resezione. Il sistema deve risultare di facile montaggio.



**S. C. PROVVEDITORATO**

**Direttore f.f.: Dott. Paolo Pelliccia**

Tel. 02-4022.2559 - 02-8184.2148

Fax 02-8184.4000

PEC: [provveditorato@pec.asst-santipaolocarlo.it](mailto:provveditorato@pec.asst-santipaolocarlo.it)

E-MAIL: [provveditorato.segreteria@asst-santipaolocarlo.it](mailto:provveditorato.segreteria@asst-santipaolocarlo.it)

Sede operativa: Presidio San Carlo

Per motivi clinici, le descrizioni relative ai lotti 1 e 18 rimangono invariate.

Si comunica che la presente nota dovrà essere timbrata e sottoscritta per accettazione in ogni sua pagina dal Legale Rappresentante (o da un suo delegato) dall'Azienda offerente ed inserita nella "Busta telematica contenente la documentazione amministrativa"

Il Direttore f.f. S.C. Provveditorato  
Dott. Paolo Pelliccia