



S. C. PROVVEDITORATO

Direttore f.f.: Dott. Paolo Pelliccia

Tel. 02-4022.2559 - 02-8184.2148

Fax 02-8184.4000

PEC: provveditorato@pec.asst-santipaolocarlo.it

E-MAIL: provveditorato.segreteria@asst-santipaolocarlo.it

Sede operativa: Presidio San Carlo

A TUTTE LE SOCIETA' INTERESSATE

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER EMOSTASI GASTRO-INTESTINALE, RESEZIONE ENDOSCOPICA, BIOPSIA CITOLOGICA, TRATTAMENTO DELLE PERFORAZIONI E DELLE FISTOLE, DISPOSITIVI PER ESTRAZIONE O RECUPERO – LOTTI DAL N. 1 AL N. 19 – OCCORRENTI ALLA S.S.D. SERVIZIO DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA DELL'A.S.S.T. SANTI PAOLO E CARLO, PER L'IMPORTO ANNUO POSTO A BASE D'ASTA DI EURO 183.210,00=IVA ESCLUSA – PER 12 MESI. CIG VARI

CHIARIMENTO N. 1 DEL 09.01.2020

In riscontro alle richieste di chiarimenti, inoltrate da alcune Società che hanno preso visione della documentazione di gara, si comunica quanto segue:

Domanda n. 1)

Lotti 4 e 5: “ Poiché le descrizioni dei dispositivi identificano in modo molto stringente un unico Produttore, si chiede di rendere meno specifiche le caratteristiche richieste per permettere una più ampia partecipazione ai lotti”

Risposta n. 1)

Premesso che le caratteristiche richieste per i dispositivi medici ricompresi nei lotti 4 e 5 sono fondamentali per garantire il massimo della sicurezza nell'utilizzo dei dispositivi stessi, accogliamo la richiesta e modifichiamo le descrizioni relative ai lotti 4 e 5 come di seguito riportato:

Lotto 4

Clips metalliche per emostasi endoscopica riposizionabili e rotanti. Premontate su catetere coperto in teflon e disponibili in due lunghezze minimo da 230 cm e minimo da 195 cm, compatibili con canale di lavoro da 2.8 mm. La clip deve permettere l'apertura e la chiusura più volte e come apertura deve essere disponibile in più misure (almeno 3) che vadano da 8 mm a 16 mm. Durante la chiusura la clip non deve retrarsi all'interno del



S. C. PROVVEDITORATO

Direttore f.f.: **Dott. Paolo Pelliccia**

Tel. 02-4022.2559 - 02-8184.2148

Fax 02-8184.4000

PEC: provveditorato@pec.asst-santipaolocarlo.it

E-MAIL: provveditorato.segreteria@asst-santipaolocarlo.it

Sede operativa: Presidio San Carlo

catetere, deve essere compatibile con RMN e deve perfettamente funzionare anche in posizioni angolate estreme e con endoscopio a visione laterale (duodenoscopia).

Lotto 5

Clips premontate monouso rotanti perfettamente di 360 gradi, indicate per il clampaggio profilattico per ridurre il rischio di sanguinamento tardivo post resezione delle lesioni, compatibili con canale di lavoro da 2.8 mm, premontate su catetere disponibile in due lunghezze minimo da 235 cm e minimo da 155 cm e con apertura della clip non inferiore a 11 mm.

Domanda n. 2)

Lotto 6: “ La base d’asta indicata è molto bassa rispetto ai prezzi medi di mercato, pertanto si chiede di aumentarla per permettere una più ampia partecipazione al lotto”.

Risposta n. 2):

Si conferma l’importo posto a base d’asta.

Si comunica che la presente nota dovrà essere timbrata e sottoscritta per accettazione in ogni sua pagina dal Legale Rappresentante (o da un suo delegato) dall’Azienda offerente ed inserita nella “Busta telematica contenente la documentazione amministrativa”.

Il Direttore f.f. S.C. Provveditorato
Dott. Paolo Pelliccia