



**S. C. PROVVEDITORATO**

**Direttore: Paolo Pelliccia**

Tel. 02-4022.2559

Tel. 02-4022.2590

Fax 02-4022.2560

**AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E FORMULAZIONE DI OFFERTA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ANNUALE DI PIASTRE MONOUSO PER PAZIENTI ADULTI E PEDIATRICI “QUICK COMBO” O EQUIVALENTI COMPATIBILI CON DEFIBRILLATORE LIFEPAK PER L’IMPORTO A BASE D’ASTA DI EURO 90.935,90=IVA ESCLUSA - CIG 8656107D75**

**CHIARIMENTO N. 4 DEL 18 MARZO 2021**

**DOMANDA 1:** In riferimento alla posizione 1 (piastre adulti), Vi chiediamo di specificare se è possibile proporre un prodotto funzionalmente equivalente con cavo all’interno della confezione primaria di vendita.

**RISPOSTA 1:** Si chiarisce che i cavi devono essere esclusi dal confezionamento primario in modo da poter essere pre-collegati al defibrillatore.

**DOMANDA 2:** In riferimento al chiarimento n. 3 pubblicato in data odierna, si richiede se il questionario sia da compilarsi solo per le piastre mis. Adulti poiché il modello pubblicato fa riferimento solo a tale tipologia.

**RISPOSTA 2:** Si precisa che il questionario dovrà essere compilato anche per le piastre pediatriche, che sono richieste solo per Lifepack 12, 15 e 20.

**IL RUP  
Paolo Pelliccia**

La Coordinatrice dell’Ufficio: Sig.ra Claudia Perrella – 02/81842542  
Addetto all’istruttoria: Silvia Capuzzoni – 02/4022.2207