



PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE COMPLESSIVA DELLA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE DEL PRESIDIO SAN CARLO PER UN PERIODO DI 60 MESI CON CLAUSOLA DI RINNOVO PER 24 MESI E PROROGA PER 12 MESI
da espletarsi, tramite piattaforma Sintel, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 50/2016, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE II tranche

NR. QUESITO	Quesito	Risposta
1.	<p><u>ID165236668</u>: a pag. 9 delle “Premesse” del disciplinare di gara, è riportato un quadro economico non coerente con l’importo posto a base d’asta quinquennale, pari ad € 3.228.788,40.</p> <p>A tal proposito, si evidenzia che gli importi stanziati rispettivamente per la proroga di 12 mesi (€ 3.487.091,47) e per il rinnovo di 24 mesi (€ 6.974.182,94) superano, singolarmente considerati, l’importo quinquennale posto a base d’asta (€ 3.228.788,40).</p> <p>Stando ai valori della proroga e del rinnovo, si chiede dunque di confermare che l’importo di € 3.228.788,40 è da intendersi come base d’asta annuale, in ragione dell’ulteriore considerazione che, diversamente operando, la base d’asta originariamente stanziata si presenta insufficiente a coprire i costi di esecuzione e gestione del servizio, per come descritto nel CSA.</p>	<p>Si conferma che il quadro economico è coerente e che l’importo della basa d’asta è corretta.</p> <p>Gli importi stanziati rispettivamente per la proroga e il rinnovo tengono conto delle opzioni di adesione postuma, del quinto d’obbligo, e delle forniture supplementari</p>
2.	<p><u>ID165212029</u>: Si coglie l’occasione per richiedere la pronta pubblicazione delle planimetrie architettoniche e relative agli impianti in formato .dwg, onde permettere agli operatori economici di poter riscontrare, già in fase di sopralluogo, quanto presente nei layout, oltre che di elaborare correttamente il progetto tecnico di realizzazione della centrale di sterilizzazione.</p> <p>Si segnala che dalla data odierna intercorrono unicamente</p>	<p>Si conferma che in data 14.02.2023 sono state pubblicate le planimetrie in formato .dwg</p> <p>Si comunica che i termini non saranno prorogati</p>

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE COMPLESSIVA DELLA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE DEL PRESIDIO SAN CARLO PER UN PERIODO DI 60 MESI CON CLAUSOLA DI RINNOVO PER 24 MESI E PROROGA PER 12 MESI
da espletarsi, tramite piattaforma Sintel, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 50/2016, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE II tranche

<p>20 giorni lavorativi per la predisposizione di tutti i documenti amministrativi, tecnici ed economici ai fini della presentazione delle offerte.</p> <p>Considerata la scadenza della gara fissata per il giorno 13.03.2023, riteniamo che tali termini per la presentazione delle offerte, stante la mancata pubblicazione delle planimetrie dei luoghi, la necessità di effettuare ancora il sopralluogo obbligatorio e di formulare le conseguenti eventuali richieste di chiarimenti, non siano assolutamente coerenti con la predisposizione della documentazione tecnica nonché con la corretta valutazione di tutti i costi ed investimenti connessi, e che quindi non consentano a tutti gli operatori economici di presentare correttamente la propria proposta, ma lo permettano unicamente agli operatori che già eventualmente conoscono il cliente ed i luoghi in quanto gestori attuali del servizio.</p> <p>Per tutto quanto premesso, pertanto, e nel rispetto dei principi di libera concorrenza, favor participationis, e parità di trattamento tra tutti i concorrenti, si sollecita cortesemente la fissazione del sopralluogo obbligatorio e si chiede una proroga dei termini per la presentazione delle offerte non inferiore a 45 giorni, al fine di consentire a tutti gli operatori economici di formulare la propria proposta.</p> <p>La presente vale anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 7 agosto 1990, n. 241.</p>	
---	--



PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE COMPLESSIVA DELLA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE DEL PRESIDIO SAN CARLO PER UN PERIODO DI 60 MESI CON CLAUSOLA DI RINNOVO PER 24 MESI E PROROGA PER 12 MESI
da espletarsi, tramite piattaforma Sintel, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 50/2016, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE II tranche

<p>3.</p>	<p>Rif. Documento unico Patti e condizioni pag. 37 dove viene richiesto: 16. DICHIARAZIONE, SE DEL CASO, IN ORDINE ALLA CLAUSOLA T&T CUI ALL’ART. 27 E AGLI ALLEGATI 11, 11 BIS E 11 TER (se del caso): Si precisa che qualora il concorrente dichiara nel DGUE di avvalersi del subappalto o si trovi nelle circostanze cui all’art. 105, comma 3, c-bis) del D.lgs. n 50/2016 i documenti ivi richiamati sono da allegare sottoscritti digitalmente per presa visione e accettazione del loro contenuto con relativa assunzione di impegno a provvedere, in caso di aggiudicazione, all’inserimento delle informazioni cui all’allegato 8 Ter nella piattaforma regionale T&T, all’uopo istituita; QUESITO Nella documentazione pubblicata risultano non presenti i seguenti allegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 11 • 11 BIS • 11 TER • 8 Ter <p>Si chiede cortesemente di renderli disponibili</p>	<p>Trattasi di refuso – a tal riguardo si precisa che qualora il concorrente dichiara nel DGUE di avvalersi del subappalto o si trovi nelle circostanze cui all’art. 105, comma 3, c-bis) del D.lgs. n 50/2016 i documenti ivi richiamati <u>Allegato E Clausola T&T , Allegato E bis - Scheda T&T subcontratto</u> <u>Allegato F “dgr 6605.22”</u> sono da allegare sottoscritti digitalmente per presa visione e accettazione del loro contenuto (tali allegati sono presenti della documentazione pubblicata)</p>
<p>4.</p>	<p>Rif. Documento unico Patti e condizioni pag. 14 – art. 4.2 Valore generale massimo stimato, dove viene indicato: “Con riferimento agli importi sopra riportati si rinvia per il dettaglio ai seguenti allegati: All B1 “prospetto Economico” QUESITO Nella documentazione pubblicata risulta presente l’allegato</p>	<p>Trattasi di refuso- si conferma che per la procedura in oggetto non è previsto l’allegato B1</p>



PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE COMPLESSIVA DELLA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE DEL PRESIDIO SAN CARLO PER UN PERIODO DI 60 MESI CON CLAUSOLA DI RINNOVO PER 24 MESI E PROROGA PER 12 MESI
da espletarsi, tramite piattaforma Sintel, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 50/2016, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE II tranche

	B1 prospetto economico”, si chiede cortesemente di renderlo disponibile.	
5.	<p>Rif. Documento unico Patti e condizioni pag.56: rif. Art. 18.2 - Clausola sociale dove è riportato: “Trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea l’Aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’operatore economico uscente, come previsto dall’art 50 del D.lgs. n. 50/2016, garantendo, al fine della stabilità occupazionale del personale impiegato, l’applicazione del CCNL di riferimento dell’appaltatore uscente.”</p> <p>Considerato che il servizio oggetto della presente procedura è il seguente: SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE COMPLESSIVA DELLA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE, considerato altresì che il CCNL di riferimento per gli operatori economici del settore risulta essere il seguente: Lavoratori dipendenti dalle imprese del sistema industriale integrato di servizi tessili e medici affini, preso atto altresì che, dall’analisi della documentazione di gara, si rileva</p>	<p>Si conferma che l’importo complessivo destinato alla manodopera è compreso nel valore posto a base d’asta ed è desumibile dai dati pubblicati, a tal riguardo per maggior chiarezza si pubblica tabella con elementi integrativi</p>

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE COMPLESSIVA DELLA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE DEL PRESIDIO SAN CARLO PER UN PERIODO DI 60 MESI CON CLAUSOLA DI RINNOVO PER 24 MESI E PROROGA PER 12 MESI
da espletarsi, tramite piattaforma Sintel, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 50/2016, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE II tranche

	<p>l’applicazione, da parte dell’appaltatore uscente, dei seguenti CCNL : GOMMA – PLASTICA – INDUSTRIA e METALMECCANICO INDUSTRIA , valutata infine l’impossibilità, mancando all’interno della documentazione di gara i relativi riferimenti economici, di poter determinare correttamente il costo della manodopera, al fine di poter correttamente valutare la clausola sociale di cui al citato articolo, Vogliate, cortesemente, indicare</p> <ul style="list-style-type: none"> - l’importo complessivo annuo manodopera - il numero di operatori da eventualmente assorbire - il livello, inquadramento, monte ore, importo annuo lordo, anzianità di servizio distinto per ogni operatore da assorbire 	
6.	<p>Rif. Allegato 9 - Modello offerta economica In tale documento viene riportato: “l’operatore economico concorrente deve dettagliare le voci di cui si compone il canone per i servizi offerti nella sezione DETTAGLIO ECONOMICO ESPLICATIVO DELL’IMPORTO OFFERTO CUI ALLA TABELLA SOPRA RIPORTATA” QUESITO: si chiede di chiarire cosa si debba riportare alle voci A-B-C dell’allegato 9 sezione “DETTAGLIO ECONOMICO ESPLICATIVO DELL’IMPORTO OFFERTO CUI ALLA TABELLA SOPRA RIPORTATA”. Quanto appena sopra in quanto, le</p>	<p>L’Operatore Economico dovrà dettagliare le voci di cui si compone il canone per i servizi offerti, rispetto a quanto richiesti nella lex specialis di gara. Dovrà rispecchiare l’offerta del singolo Operatore Economico e non per forza dovrà essere uguale fra tutti i partecipanti</p>



PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE COMPLESSIVA DELLA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE DEL PRESIDIO SAN CARLO PER UN PERIODO DI 60 MESI CON CLAUSOLA DI RINNOVO PER 24 MESI E PROROGA PER 12 MESI
da espletarsi, tramite piattaforma Sintel, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 50/2016, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE II tranche

	voci oggetto di offerta economica, dovrebbero essere le medesime per tutti gli operatori partecipanti alla procedura.	
7.	Rif. Documento unico di procedura art. 12.3 – Criteri di valutazione qualità tecnica, dove a pag. 39 all’ ELEMENTO 2 è riportato:2.3- Descrizione di soluzioni di backup proposte per l’intera durata del contratto per garantire la continuità del servizio in situazioni di emergenza (descrizione capacità produttiva di altra centrale, distanza dal PTV,certificazioni, etc.) QUESITO Si chiede di chiarire cosa si intende per PTV	Trattasi di refuso
8.	Rif. Documento unico di procedura art. 12.3 – Criteri di valutazione qualità tecnica, dove a pag. 40 è riportato: 5.1- Caratteristiche qualitative dello strumentario offerto, dei containers, nonché dello strumentario monouso QUESITO Considerando che la procedura non prevede il noleggio dello strumentario si chiede di meglio chiarire il criterio di valutazione riferito all’ Elemento 5.1.	Trattasi di refuso- si conferma che tale criterio è stato eliminato



PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE COMPLESSIVA DELLA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE DEL PRESIDIO SAN CARLO PER UN PERIODO DI 60 MESI CON CLAUSOLA DI RINNOVO PER 24 MESI E PROROGA PER 12 MESI
da espletarsi, tramite piattaforma Sintel, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 50/2016, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE II tranche

<p align="center">9.</p>	<p>Rif. CSA pag. 9 art. 8.2. AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLO STRUMENTARIO PER TUTTA LA DURATA DELL’APPALTO dove è indicato: “Lo strumentario attualmente utilizzato presso le unità operative dell’ASST Santi Paolo e Carlo nel corso dell’appalto potrà variare in più o in meno a causa dell’introduzione di eventuali innovazioni tecnologiche, realizzazione di nuovi set o modificazione dei set concordati per rispondere alle insorgenti esigenze cliniche e chirurgiche” QUESITO In virtù del fatto che la procedura non prevede il noleggio dello strumentario si chiede di meglio chiarire quanto riportato all’ art. 8.2 del CSA.</p>	<p>Qualora durante il periodo contrattuale lo strumentario dovesse risultare “obsoleto” a causa dell’introduzione di eventuali innovazioni tecnologiche, realizzazione di nuovi set o modificazione dei set concordati, esso stesso dovrà tempestivamente essere introdotto così come richiesto dalle esigenze cliniche e chirurgiche a carico dell’aggiudicatario nell’ambito delle forniture supplementari con presentazione di relativa, adeguata offerta economica che sarà prioritariamente richiesta al fornitore ma per cui la SA si riserva comunque di verificare sul mercato di riferimento i prezzi offerti per valutare come meglio procedere anche nel rispetto delle politiche di contenimento della spesa pubblica</p>
<p align="center">10.</p>	<p>In considerazione del fatto che la durata dell’appalto così come indicato nell’ oggetto di gara, a pag. 8 delle premesse e all’ art. 2 del DUP è pari a “60 mesi, con facoltà di rinnovo per ulteriori 24 mesi e proroga per 12 mesi” E che il DUP stesso all’art. 3 riporta altresì: “Detto periodo di prova è incluso nella suddetta durata contrattuale complessiva di 48 mesi.” QUESITO Si chiede cortesemente di confermare trattasi di refuso l’indicazione riportata all’ art. 3 del DUP, e che quindi la durata contrattuale prevista per il servizio sia pari a 60 mesi più 24 mesi di rinnovo e 12 mesi di proroga.</p>	<p>Trattasi di refuso- Si conferma che la durata contrattuale prevista per il servizio è pari a 60 mesi, più 24 mesi di rinnovo e 12 mesi di proroga</p>

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE COMPLESSIVA DELLA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE DEL PRESIDIO SAN CARLO PER UN PERIODO DI 60 MESI CON CLAUSOLA DI RINNOVO PER 24 MESI E PROROGA PER 12 MESI
da espletarsi, tramite piattaforma Sintel, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 50/2016, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE II tranche

<p>11.</p>	<p>Il DUP all’art. 2 pag. 12 prevede: “L’avvio per l’erogazione del servizio decorrerà dalla data indicata nel provvedimento di aggiudicazione o nella lettera di affidamento complessivamente entro 60 giorni dalla data indicata nella delibera di aggiudicazione o nella lettera di affidamento” a pag. 13 dello stesso articolo invece si riporta “Ai fini di consentire il regolare avvio del servizio, entro i suddetti 90 giorni l’aggiudicatario dovrà effettuare i lavori di adeguamento e di impiantistica e consegnare le apparecchiature richieste e indicati negli atti di gara nonché eseguire tutto quanto al riguardo offerto nel proprio progetto tecnico qualitativo”, il termine di 90 giorni è inoltre anche specificato nel capitolato tecnico speciale all’art. 31 pag. 24. QUESITO Si chiede cortesemente di confermare che il termine di avvio del servizio sia di 90 giorni e il riferimento di pag. 12, a 60 giorni, sia da intendersi un refuso.</p>	<p>Trattasi di refuso, si conferma che l’avvio del servizio dovrà avvenire entro 90 (novanta) giorni solari dalla data indicata nella delibera di aggiudicazione o nella lettera di affidamento</p>
<p>12.</p>	<p>Il DUP all’art. 12.3 “Criteri di valutazione qualità tecnica”, pag. 38, tra i vari elementi di valutazione tecnica prevede: “Elemento 1. - Progettazione e realizzazione /ristrutturazione e manutenzione della centrale di sterilizzazione” QUESITO Per l’elaborazione del progetto si chiede, con cortesia, la pubblicazione del layout dello stato di fatto della centrale di sterilizzazione con attrezzature e della distribuzione degli</p>	<p>Si conferma che in data 14.02.2023 sono state pubblicate le planimetrie in formato .dwg In base alla tipologia di offerta e a quanto previsto dalla vigente normativa in materia e dalla Lex Specialis, la Stazione Appaltante non chiede esplicitamente alcun grado di progettazione. Sarà l’Operatore Economico, nell’ambito della sua offerta, a definire gli interventi necessari che dovranno essere comprensivi di tutti gli elementi e documenti utili ad una valutazione completa da parte della Commissione Giudicatrice.</p>



PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE COMPLESSIVA DELLA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE DEL PRESIDIO SAN CARLO PER UN PERIODO DI 60 MESI CON CLAUSOLA DI RINNOVO PER 24 MESI E PROROGA PER 12 MESI
da espletarsi, tramite piattaforma Sintel, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 50/2016, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE II tranche

	<p>impianti a servizio della stessa. Si chiede inoltre se il grado di progettazione desiderato, in questa fase di gara, sia da intendersi preliminare rimandando la progettazione di tipo definitivo ed esecutivo a carico dell’aggiudicatario prima dell’avvio del servizio.</p>	
13.	<p>In riferimento all’ Art. 12.3 - Criteri valutazione qualità tecnica, alla tabella “ELEMENTI E RELATIVI PARAMETRI OGGETTO DI VALUTAZIONE”, per quanto riguarda “L’ELEMENTO 5. - MANUTENZIONE STRUMENTARIO” e il punto: “5.1-Caratteristiche qualitative dello strumentario offerto, dei containers, nonché dello strumentario monouso” QUESITO ai fini di predisporre gli elementi qualitativi/cataloghi a supporto dello strumentario offerto, si richiede di mettere a disposizione gli strumenti imprescindibili atti alla predisposizione dell’analisi richiesta ovvero: - l’elenco delle specialistiche oggetto di sterilizzazione e l’elenco inventariale suddiviso per tipologia e fornitore dell’strumentario utilizzato; - di specificare inoltre se sarà necessario definire le caratteristiche qualitative dello strumentario offerto per tutte le famiglie presenti oppure se esistono delle esclusioni per le quali non sarà necessario fornire tale documentazione per esempio: motori, ottiche, cavi luce, protesi, ecc. ecc. ; - di meglio specificare l’eventuale destinazione d’uso dello</p>	<p>Vedasi quesito n 8 Si conferma che il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dello strumentario chirurgico è previsto nell’importo posto a base d’asta</p>



PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE COMPLESSIVA DELLA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE DEL PRESIDIO SAN CARLO PER UN PERIODO DI 60 MESI CON CLAUSOLA DI RINNOVO PER 24 MESI E PROROGA PER 12 MESI
da espletarsi, tramite piattaforma Sintel, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 50/2016, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE II tranche

	<p>strumentario monouso citato. “5.2 - Modalità adottate per la manutenzione ordinaria e straordinaria dello strumentario chirurgico”: Posto che anche per il suddetto punto sono necessarie le informazioni citate al punto precedente, considerato che tale elemento non è compreso all’interno degli obiettivi e dell’oggetto dell’appalto si richiede: di precisare se la remunerazione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dello strumentario chirurgico sarà valutata economicamente nell’ambito di quanto riportato al punto 8.1 dell’ALLEGATO A al DUP “CAPITOLATO TECNICO SPECIALE” e di seguito riportato: “che saranno a carico dell’aggiudicatario nell’ambito delle forniture supplementari con presentazione di relativa, adeguata offerta economica”.</p>	
<p>14.</p>	<p>Rif. DUP art. 6.2 – Requisiti speciali di partecipazione e mezzi di prova punto B) requisito di idoneità tecnico professionale e mezzi di prova, dove viene riportato quale requisito da possedere: “la titolarità di almeno un contratto (senza che lo stesso sia stato risolto per inadempienza e/o in assenza di gravi contestazioni) stipulato ed eseguito presso Pubbliche Amministrazioni / Enti Pubblici / Privati Sanitari, negli ultimi 3 anni (novembre 2019 – luglionovembre 2022)” QUESITO Si chiede di confermare che il periodo di riferimento per la</p>	<p>Trattasi di refuso, si conferma che il periodo di riferimento per la titolarità del contratto è <u>novembre 2019-novembre 2022</u></p>



PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE COMPLESSIVA DELLA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE DEL PRESIDIO SAN CARLO PER UN PERIODO DI 60 MESI CON CLAUSOLA DI RINNOVO PER 24 MESI E PROROGA PER 12 MESI
da espletarsi, tramite piattaforma Sintel, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 50/2016, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE II tranche

	titolarità del contratto menzionato in tale articolo sia novembre 2019 novembre 2022.	
15.	<p>Rif. Allegato al DUP “Capitolato tecnico speciale” - 7.2. SCORTE MATERIALE STERILE “La scorta di materiale sterile, preparato in kit procedurali o confezioni (alta o bassa temperatura di sterilizzazione), sarà pari a quella quantità necessaria a garantire l’autonomia del centro di utilizzo preso in considerazione, nell’intervallo di tempo più lungo prestabilito intercorrente fra una consegna e quella successiva tenendo conto anche delle giornate festive. Le scorte ipotizzate dall’Aggiudicatario saranno condivise ed eventualmente modificate nel pieno rispetto delle esigenze sanitarie nell’ottica di non far mancare mai materiale sterile alle unità operative. QUESITO per quanto riguarda: “Le scorte ipotizzate dall’Aggiudicatario saranno condivise” Si richiede di specificare se l’entità delle scorte e la loro tipologia dovrà essere specificata all’interno del progetto tecnico di gara e di confermare in ogni caso che l’eventuale acquisto di materiali atti al soddisfacimento del livello delle suddette scorte rientrerà nell’ambito di quanto riportato al punto 8.1 e di seguito riportato:</p>	<p>L’entità delle scorte e la loro tipologia potranno essere specificate all’interno del progetto tecnico. La scorta “minima” è ricompresa nella base d’asta di gara. Eventuali variazioni richieste dalla Stazione Appaltante, saranno valutate nell’ambito delle forniture supplementari.</p>



PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE COMPLESSIVA DELLA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE DEL PRESIDIO SAN CARLO PER UN PERIODO DI 60 MESI CON CLAUSOLA DI RINNOVO PER 24 MESI E PROROGA PER 12 MESI
da espletarsi, tramite piattaforma Sintel, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 50/2016, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE II tranche

	<p>“che saranno a carico dell’aggiudicatario nell’ambito delle forniture supplementari con presentazione di relativa, adeguata offerta economica”.</p>	
16.	<p>Rif. Allegato al DUP “Capitolato tecnico speciale” - 8.1. STRUMENTARIO ATTUALMENTE PRESENTE per quanto riguarda: “Il quantitativo di ferri necessari come primo reintegro, oltre a quanto precedentemente scritto, dovrà anche tenere in considerazione l’organizzazione del nuovo servizio di logistica e delle attività previste dalla Ditta Concorrente, con particolare riferimento alla necessita di esternalizzazione della sterilizzazione durante la fase INIZIALE di ristrutturazione della centrale interna dell’ASST.” QUESITO Si richiede di confermare che l’eventuale acquisto di strumenti come primo reintegro atti alla gestione dell’esternalizzazione durante la fase INIZIALE di ristrutturazione della centrale interna rientrerà nell’ambito di quanto riportato al punto 8.1 e di seguito riportato: “che saranno a carico dell’aggiudicatario nell’ambito delle forniture supplementari con presentazione di relativa, adeguata offerta economica”</p>	<p>Si vuole chiarire che, in relazione alla singola offerta dell’OE l’esternalizzazione nella fase iniziale è una possibilità e non un obbligo; l’eventuale acquisto di strumentario rientra nelle varianti/forniture supplementari di cui all’Art.8.1 del Capitolato tecnico speciale.</p>



PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE COMPLESSIVA DELLA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE DEL PRESIDIO SAN CARLO PER UN PERIODO DI 60 MESI CON CLAUSOLA DI RINNOVO PER 24 MESI E PROROGA PER 12 MESI
da espletarsi, tramite piattaforma Sintel, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 50/2016, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE II tranche

<p>17.</p>	<p>Rif. DUP - Art. 12.5 – Busta economica, pag. 45, dispone: “Per il servizio offerto in detto campo andranno altresì caricati anche la seguente documentazione: - il listino prezzi per l’eventuale acquisto di forniture supplementari qualora l’Ente committente se ne volesse avvalere per i quali l’OEC nell’allegato 9 dovrà indicare la percentuale di sconto da applicare ai dispositivi nello stesso presenti non oggetto di valutazione ai fini dell’aggiudicazione e non ricompresa nei valori posti a base d’asta.” Rif. Capitolato tecnico art. 36. FORNITURE SUPPLEMENTARI pg. 27, dispone: “Per il servizio in oggetto, gli operatori economici concorrenti dovranno trasmettere nella busta dell’offerta economica il listino prezzi inerente articoli di analoghe categorie riguardo l’eventuale fornitura dello strumentario non espressamente indicato nell’oggetto di gara di cui all’occorrenza l’Ente committente potrà avvalersi per forniture supplementari” QUESITO Vogliate cortesemente chiarire e dettagliare, considerato che i soli listini dello strumentario sono particolarmente corposi, la tipologia di articoli/forniture per i quali deve essere predisposto il listino prezzi.</p>	<p>Laddove un OE non riuscisse a caricare i listini relativi allo strumentario per le unità operative segnalate, si chiede di caricare il solo documento con apposita dichiarazione della percentuale di sconto da applicare al listino</p>
-------------------	---	---



PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE COMPLESSIVA DELLA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE DEL PRESIDIO SAN CARLO PER UN PERIODO DI 60 MESI CON CLAUSOLA DI RINNOVO PER 24 MESI E PROROGA PER 12 MESI
da espletarsi, tramite piattaforma Sintel, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 50/2016, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE II tranche

<p>18.</p>	<p>Rif. DUP - Art. 12.5 – Busta economica, pag. 45, dispone: “Per il servizio offerto in detto campo andranno altresì caricati anche la seguente documentazione: - il listino prezzi per l’eventuale acquisto di forniture supplementari qualora l’Ente committente se ne volesse avvalere per i quali l’OEC nell’allegato 9 dovrà indicare la percentuale di sconto da applicare ai dispositivi nello stesso presenti non oggetto di valutazione ai fini dell’aggiudicazione e non ricompresa nei valori posti a base d’asta QUESITO Nell’allegato 9 non vi è alcun riferimento all’indicazione della percentuale di sconto da applicare ad eventuali listini prezzi. Vogliate cortesemente chiarire quanto appena sopra, all’uopo modificando il citato allegato</p>	<p>Si veda risposta a quesito n 17</p>
<p>19.</p>	<p>Rif. Documento unico di procedura art. 12.3 – Criteri di valutazione qualità tecnica, dove a pag. 40 è riportato: “I concorrenti dovranno trasmettere in proposito per gli elementi qualitativi sopra elencati: 1.Cronoprogramma per attivazione del servizio (elemento 1-parametro 1.5) 2.Relazione con dettaglio progetto ed esecuzione del servizio (elemento 1 parametro 1.1-1.2) 3. Elenco apparecchiature ed attrezzature previste (descrizione particolareggiata di tutti gli apparecchi ed arredi forniti); dovrà essere fornita tutta la documentazione necessaria alla comprova delle</p>	<p>Trattasi di un mero esempio Si conferma che il progetto tecnico dovrà contemplare esattamente quanto verrà espletato durante il servizio; Il numero di 25 facciate è puramente indicativo ma si richiede comunque di NON superare il numero massimo di 40 facciate</p>



PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE COMPLESSIVA DELLA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE DEL PRESIDIO SAN CARLO PER UN PERIODO DI 60 MESI CON CLAUSOLA DI RINNOVO PER 24 MESI E PROROGA PER 12 MESI
da espletarsi, tramite piattaforma Sintel, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 50/2016, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE II tranche

	<p>caratteristiche descritte. In particolare, dovranno essere allegate le schede tecniche degli apparecchi e le certificazioni/dichiarazioni attestanti quanto riportato (elemento 1-parametro 1.3)</p> <p>4.Relazione sui tempi della manutenzione correttiva garantiti (tempi di intervento standard e di emergenza, approvvigionamento ricambi, tempo risoluzione guasto) (elemento 5)</p> <p>5. Formazione personale (elemento 4-parametro 4.1-4.2-4.3)</p> <p>6. Sistema di tracciabilità e logistica (elemento 3-5-6 parametri 3.1-5.3-6.1-6.2-6.3)”</p> <p>QUESITO 1</p> <p>Quanto richiesto appare non chiaro in quanto mancherebbero alcuni parametri oggetto di valutazione, es.: parametro 3.2 - 5.1-5.2 etc. Vogliate cortesemente chiarire. L’elaborato generale dovrà essere edito in massimo 25 facciate complessive (schede tecniche escluse), numerate in formato .pdf; dovranno altresì essere editi in formato A4 (salvo eventuali tabelle, depliant, schede, schemi progettuali e disegni, ecc.).Le relazioni dovranno riportare su ogni pagina la ragione sociale del concorrente (in caso di Raggruppamenti di impresa o Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete: la ragione sociale di tutte le imprese raggruppate/aggregate; in caso di consorzio: la ragione</p>	
--	--	--



PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE COMPLESSIVA DELLA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE DEL PRESIDIO SAN CARLO PER UN PERIODO DI 60 MESI CON CLAUSOLA DI RINNOVO PER 24 MESI E PROROGA PER 12 MESI
da espletarsi, tramite piattaforma Sintel, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 50/2016, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE II tranche

sociale del consorzio e dell'impresa/e consorziata/e cui si intende affidare la fornitura/service). Le relazioni dovranno essere introdotte da un indice completo (escluso dal conteggio delle pagine) e corredate dagli allegati (tabelle, depliant, schede tecniche dei prodotti utilizzati, tutte in lingua italiana) che i concorrenti intenderanno presentare a specifica dei contenuti del progetto tecnico (anche questi ultimi esclusi dal conteggio pagine). Gli allegati dovranno essere ben organizzati e richiamati precisamente nelle relazioni tecniche con un numero identificativo, cosicché la Commissione possa consultarli in modo agevole.

QUESITO 2

Si chiede cortesemente di specificare se gli elementi qualitativi sopra elencati dal 1 al 6 a pag. 40 siano già intesi ricompresi nell'elaborato generale di 25 facciate (e non necessiti fare altre relazioni aggiuntive) ad esclusione del progetto di riqualifica della Centrale.

Si fa comunque notare come 25 facciate formato A4, data la numerosità degli elementi e parametri richiesti in valutazione, siano insufficienti per consentire un'organica esposizione degli aspetti progettuali richiesti ai fini della completa valutazione da parte della Commissione dell'offerta tecnica.

Si chiede, pertanto, la possibilità di estendere il limite almeno a 60 facciate A4 come normalmente avviene per gare con analoga complessità. Lasciando da allegare solamente il progetto tecnico di riqualifica della Centrale, le



PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE COMPLESSIVA DELLA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE DEL PRESIDIO SAN CARLO PER UN PERIODO DI 60 MESI CON CLAUSOLA DI RINNOVO PER 24 MESI E PROROGA PER 12 MESI
da espletarsi, tramite piattaforma Sintel, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 50/2016, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE II tranche

	schede tecniche (apparecchiature, attrezzature, ecc.) e le certificazioni.	
20.	<p>Rif. Allegato al DUP “Capitolato tecnico speciale” - 7.2. SCORTE MATERIALE STERILE “La scorta di materiale sterile, preparato in kit procedurali o confezioni (alta o bassa temperatura di sterilizzazione), sarà pari a quella quantità necessaria a garantire l’autonomia del centro di utilizzo preso in considerazione, nell’intervallo di tempo più lungo prestabilito intercorrente fra una consegna e quella successiva tenendo conto anche delle giornate festive. Le scorte ipotizzate dall’Aggiudicatario saranno condivise ed eventualmente modificate nel pieno rispetto delle esigenze sanitarie nell’ottica di non far mancare mai materiale sterile alle unità operative. QUESITO 1 In virtù del fatto che la procedura non prevede il noleggio dello strumentario si chiede di meglio chiarire quanto riportato all’ art. 7.2 del CSA</p>	Si veda risposta al quesito n. 15
21.	<p>per quanto riguarda: “Le scorte ipotizzate dall’Aggiudicatario saranno condivise” Si richiede di specificare se l’entità delle scorte e la loro tipologia dovrà essere specificata all’interno del progetto tecnico di gara e di confermare in ogni caso che l’eventuale</p>	Vedasi risposta al quesito n.15



PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE COMPLESSIVA DELLA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE DEL PRESIDIO SAN CARLO PER UN PERIODO DI 60 MESI CON CLAUSOLA DI RINNOVO PER 24 MESI E PROROGA PER 12 MESI
da espletarsi, tramite piattaforma Sintel, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 50/2016, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE II tranche

	<p>acquisto di materiali atti al soddisfacimento del livello delle suddette scorte rientrerà nell’ambito di quanto riportato al punto 8.1 e di seguito riportato: “che saranno a carico dell’aggiudicatario nell’ambito delle forniture supplementari con presentazione di relativa, adeguata offerta economica”.</p>	
22.	<p>Rif. Documento unico Patti e condizioni pag. 38 - Art. 12.3 -dove è riportato in merito ai Criteri di valutazione qualità tecnica, che verranno attribuiti: “Punti 70 max su 100 totali” QUESITO Dalla sommatoria dei punteggi massimi attribuibili a ciascun elemento di valutazione, si rileva che la sommatoria di tutti i punteggi indicati è pari a 76 (30+13+10+7+10+6). Si chiede di chiarire quale sia la corretta imputazione dei punteggi attribuibili per singolo criterio e di modificare l’assegnazione dei punteggi in modo da ottenere il corretto totale di 70 punti massimi complessivi.</p>	<p>Trattasi di refuso- nella sezione Documentazione di procedura si allega Tabella revisionata nella quale è stata inserita la corretta imputazione dei punteggi per ogni singolo criterio</p>
23.	<p>Rif. Capitolato tecnico speciale art. 8.1 - STRUMENTARIO ATTUALMENTE PRESENTE In tale articolo viene riportato: “Lo strumentario oggetto di valutazione in contraddittorio e quello che permette l’attuale funzionamento dell’ASST tenuto conto del vigente servizio di logistica e, pertanto, i ferri dichiarati fuori uso dovranno essere tempestivamente reintegrati con ferri nuovi, che saranno a carico</p>	<p>Il reintegro dello strumentario potrà avvenire, sia in acquisto che in noleggio a seguito di opportuna analisi da parte di questa ASST, dell’offerta economica presentata dalla società aggiudicataria</p>



PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE COMPLESSIVA DELLA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE DEL PRESIDIO SAN CARLO PER UN PERIODO DI 60 MESI CON CLAUSOLA DI RINNOVO PER 24 MESI E PROROGA PER 12 MESI
da espletarsi, tramite piattaforma Sintel, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 50/2016, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE II tranche

	<p>dell’aggiudicatario nell’ambito delle forniture supplementari con presentazione di relativa, adeguata offerta economica che sarà prioritariamente richiesta al fornitore ma per cui la SA si riserva comunque di verificare sul mercato di riferimento i prezzi offerti per valutare come meglio procedere anche nel rispetto delle politiche di contenimento della spesa pubblica”.</p> <p>Inoltre, viene altresì riportato: “La Ditta Aggiudicataria avrà diritto ad effettuare i controlli atti a tutelare il proprio patrimonio costituito da tutto lo strumentario fornito a noleggio e/o acquisto e potrà, a tal fine, apporre su tutti gli articoli marcature personalizzate e/o sistemi di rintracciabilità, sempre che esse rispettino il principio della discrezione”.</p> <p>QUESITO Vogliate cortesemente confermare che il riferimento al noleggio sia da intendersi quale mero refuso e che, pertanto, lo strumentario oggetto di reintegro dovrà essere fornito esclusivamente attraverso procedura di acquisto.</p>	
<p>24.</p>	<p>Rif. Capitolato tecnico speciale pag. 22-23 – CLAUSOLA SOCIALE Con riferimento alla tabella del personale su cui è applicata la Clausola sociale, riportata a pag. 22-23 del capitolato tecnico speciale, oltre alle ore lavorate effettive annue, si chiede cortesemente di indicare, per ciascun operatore, le ore settimanali contrattuali di impiego.</p>	<p>Si veda risposta al quesito n 5</p>



PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE COMPLESSIVA DELLA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE DEL PRESIDIO SAN CARLO PER UN PERIODO DI 60 MESI CON CLAUSOLA DI RINNOVO PER 24 MESI E PROROGA PER 12 MESI
da espletarsi, tramite piattaforma Sintel, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 50/2016, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE II tranche

<p>25.</p>	<p>Rif. DUP Art. 6.2 - Requisiti speciali di partecipazione e mezzi di prova B) Requisito di idoneità tecnico-professionale e mezzi di prova Viene richiesta: "la titolarità di almeno un contratto (senza che lo stesso sia stato risolto per inadempienza e/o in assenza di gravi contestazioni) stipulato ed eseguito presso Pubbliche Amministrazioni / Enti Pubblici / Privati Sanitari, negli ultimi 3 anni (novembre 2019 – luglionovembre 2022), avente ad oggetto prestazioni identiche e/o analoghe a quelle oggetto del presente appalto. Ai fini della partecipazione, e a pena di esclusione, l’operatore economico concorrente nel triennio sopra indicato deve essere in possesso di uno o più contratti per l’affidamento di un servizio identico a quello messo in gara del valore annuo pari a € 645.757,68 (IVA escl.); per servizio analogo si intende un servizio che includa necessariamente le prestazioni di sterilizzazione e ricondizionamento dei ferri chirurgici; per ultimo triennio si intende quello antecedente la data di pubblicazione del bando". QUESITO Vogliate confermare che: 1. Ai fini della dimostrazione del requisito, il valore annuo pari a € 645.757,68 deve essere posseduto dal concorrente anche in uno solo dei tre anni considerati 2. Il riferimento al solo "servizio identico" debba intendersi</p>	<p>1.Si conferma che ai fini della dimostrazione del requisito, il valore annuo può essere posseduto anche in un solo anno del periodo indicato 2.Si conferma che per servizio identico si intende che il servizio svolto dovrà ricomprendere tutti i servizi presenti nella lex specialis di gara 3.vedasi risposta al quesito n 14</p>
-------------------	--	--



PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE COMPLESSIVA DELLA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE DEL PRESIDIO SAN CARLO PER UN PERIODO DI 60 MESI CON CLAUSOLA DI RINNOVO PER 24 MESI E PROROGA PER 12 MESI
da espletarsi, tramite piattaforma Sintel, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 50/2016, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE II tranche

	<p>quale mero refuso, e che, pertanto, debbano ritenersi sufficienti “servizi analoghi”;</p> <p>3. Il riferimento a “luglionovembre” debba intendersi quale mero refuso, e che, pertanto, il triennio da considerare sia: novembre 2019 – novembre 2022.</p>	
26.	<p>Rif. DUP – Opzioni Pag. 9</p> <p>Prevede:</p> <p>“Ci si riserva, all’occorrenza, di attivare le seguenti opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> · clausola di adesione successiva del 200% del valore del servizio per tutte le ASST del Consorzio CAESP di Milano compresa questa stessa Stazione Appaltante; <p>QUESITO</p> <p>Considerato che l’importo offerto per il presente servizio è forfettario, ossia a “canone”, Vogliate cortesemente confermare che, nel caso di successive adesioni, l’importo verrà calcolato ad intervento chirurgico (€/intervento), nello specifico così calcolato: importo annuo di aggiudicazione/nr. di interventi anno 2022.</p> <p>Vogliate pertanto confermare che, conseguentemente, la clausola di adesione del 200% verrà definita moltiplicando l’importo unitario di cui sopra per il nr. di interventi dell’eventuale ASST aderente.</p>	<p>L’ASST Santi Paolo e Carlo non sarà responsabile e non avrà alcun ruolo o titolo per i contratti che gli Enti sanitari aggregati alla presente procedura andranno a stipulare con l’aggiudicatario</p>
27.	<p>In considerazione dei numerosi chiarimenti posti, in virtù del fatto che il chiarimento relativo ai criteri di valutazione e relativi punteggi potrebbe comportare una modifica della tabella punteggi stessa e che, tale modifica, impatta in modo sostanziale sulle valutazioni economiche delle scelte</p>	<p>Si comunica che i termini NON verranno prorogati</p>

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE COMPLESSIVA DELLA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE DEL PRESIDIO SAN CARLO PER UN PERIODO DI 60 MESI CON CLAUSOLA DI RINNOVO PER 24 MESI E PROROGA PER 12 MESI
da espletarsi, tramite piattaforma Sintel, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 50/2016, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE II tranche

	<p>aziendali e anche, conseguentemente, sulla redazione del progetto tecnico la scrivente, presenta formale istanza di proroga del termine di presentazione offerte di almeno 30 giorni rispetto alla data di scadenza prevista del 13.03.2023 ore 12.00</p>	
<p>28.</p>	<p><u>ID: 165520680</u> Dalla lettura delle documentazione di gara, si rileva l’attribuzione di nr.70 punti per la qualità tecnica, tuttavia, dalla sommatoria dei punteggi massimi attribuibili a ciascun elemento di valutazione, si rileva l’attribuzione di nr. 76 punti.</p> <p>Si chiede di voler cortesemente verificare la predetta discrasia, all’uopo ripubblicando il DUP nella parte relativa alla tabella contenente gli “ELEMENTI E RELATIVI PARAMETRI OGGETTO DI VALUTAZIONE”.</p> <p>RICHIESTA PROROGA</p> <p>Con riferimento alla procedura in oggetto, considerata la necessità delle opportune modifiche come da chiarimento di cui sopra considerata l’entità della gara e l’importanza e la criticità che riveste tale servizio a livello sanitario e sociale per la comunità di riferimento, al fine al fine di progettare un servizio articolato e personalizzato rispetto alle effettive esigenze di Codesto Spett.le Ente, si chiede una proroga dei termini per la presentazione delle offerte di almeno 30 giorni.</p> <p>Quanto sopra al fine di garantire una più ampia, corretta e concorrenziale partecipazione alla procedura.</p>	<p>Vedasi risposte ai quesiti n 22 e n 27</p>

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE COMPLESSIVA DELLA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE DEL PRESIDIO SAN CARLO PER UN PERIODO DI 60 MESI CON CLAUSOLA DI RINNOVO PER 24 MESI E PROROGA PER 12 MESI
da espletarsi, tramite piattaforma Sintel, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 50/2016, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE II tranche

29.	<p>ID 165572394: Rif. Documento unico Patti e condizioni pag. 32 /33 - Art. 12.1 punto 5. -GARANZIA PROVVISORIA dove viene riportato che la garanzia debba essere emessa secondo le seguenti modalità: “in copia originale, in formato elettronico e sottoscritta, con firma digitale da parte del soggetto garante” Successivamente alla NOTA 1 viene indicato: “Qualora non sia possibile per il concorrente disporre di copia originale in formato elettronico e firmato digitalmente e marcato temporalmente dall’Ente che la ha emessa la fideiussione dovrà essere inserita in Piattaforma, unitamente a copia del documento (procura, autentica notarile, dichiarazione sostitutiva di notorietà o autocertificazione del fideiussore - in tal ultimo caso indicando precisamente i riferimenti (data, n. di repertorio della procura, ecc.) - che attestino i poteri del sottoscrittore della fideiussione” QUESITO Vogliate confermare che trattasi di refuso l’ indicazione di presentare la garanzia provvisoria marcata temporalmente e che quindi possa bastare la presentazione della stessa sottoscritta con firma digitale</p>	Si conferma la non necessità della marca temporale
30.	<p>Rif. DUP Art. 12.1 punto 1. - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE – MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE Viene richiesto che l’istanza debba essere presentata: “a pena di esclusione, redatta preferibilmente utilizzando lo schema allegato al presente DUP, da presentare in formato</p>	Si conferma la non necessità della marca temporale.



PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE COMPLESSIVA DELLA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE DEL PRESIDIO SAN CARLO PER UN PERIODO DI 60 MESI CON CLAUSOLA DI RINNOVO PER 24 MESI E PROROGA PER 12 MESI
da espletarsi, tramite piattaforma Sintel, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 50/2016, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE II tranche

	<p>pdf, firmato digitalmente a pena di esclusione dal legale rappresentante o da un Procuratore”.</p> <p>Nell’ “Allegato 1 _ Istanza” viene riportato: Il documento dovrà essere sottoscritto, a pena di esclusione dalla procedura, con firma digitale e marcatura temporale dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma) unitamente a copia del documento di identità del sottoscrittore”</p> <p>QUESITO</p> <p>Si chiede di confermare che trattasi di refuso l’indicazione di presentare il documento completo di marcatura temporale e che quindi possa bastare la presentazione dello stesso in formato PDF e sottoscritto con firma digitale</p>	
<p>31.</p>	<p>Rif. DUP Art. 12.1 punto 14 - DICHIARAZIONE CONFORMITA’ ALL’ ORIGINALE</p> <p>Viene indicato: Dichiarazione di conformità all’originale come da “fac-simile-resa ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 47 del DPR 445/2000, firmata digitalmente, che gli operatori economici concorrenti dovranno inserire a sistema, a corredo della scansione della documentazione originale cartacea dei documenti richiesti ai punti 4, 5, 6 e 7 nonché nel caso di presentazione di certificazioni che consentano la riduzione dell’importo del deposito cauzionale a norma del comma 97 del D.lgs. 50/2016, qualora per gli stessi non sia possibile disporre dell’originale in formato elettronico e firmato digitalmente e</p>	<p>Si conferma la non necessità della marca temporale</p>



PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE COMPLESSIVA DELLA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE DEL PRESIDIO SAN CARLO PER UN PERIODO DI 60 MESI CON CLAUSOLA DI RINNOVO PER 24 MESI E PROROGA PER 12 MESI
da espletarsi, tramite piattaforma Sintel, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 50/2016, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE II tranche

	<p>marcato temporalmente dall’Ente certificatore . Nel modello “allegato 8” dichiarazione sostitutiva viene riportato: “Il documento dovrà essere sottoscritto con firma digitale e marcatura temporale dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma) unitamente a copia del documento di identità del sottoscrittore” QUESITO Si chiede di confermare che trattasi di refuso l’indicazione di presentare il documento completo di marcatura temporale e che quindi possa bastare la presentazione dello stesso in formato PDF e sottoscritto con firma digitale</p>	
32.	<p>Si chiede di pubblicare le planimetrie in formato dwg di tutti gli impianti che alimentano la centrale di sterilizzazione piano -1 e piano 10: impianto elettrico, aeraulico, scarichi, etc</p>	Vedasi risposta al quesito n.2
33.	<p>Si chiede di pubblicare il numero degli interventi chirurgici suddivisi per specialistica e per tipologia di intervento</p>	Si rinvia a quanto pubblicato a pagina 7 del Documento Unico di Procedura per unità di sterilizzazione e procedura

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE COMPLESSIVA DELLA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE DEL PRESIDIO SAN CARLO PER UN PERIODO DI 60 MESI CON CLAUSOLA DI RINNOVO PER 24 MESI E PROROGA PER 12 MESI
da espletarsi, tramite piattaforma Sintel, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 50/2016, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE II tranche

34.	Si chiede di pubblicare le composizioni dei kit di strumentario chirurgico e le dotazioni presenti per ciascuna tipologia di kit	Gli elementi già presenti e richiesti sono sufficienti alla formulazione di un’adeguata offerta da parte dell’Operatore Economico partecipante.
35.	Si chiede di confermare che la sterilizzazione di materiale tessile (garze, etc) sia esclusa dalla presente gara d’appalto	Si conferma che la sterilizzazione del materiale tessile è esclusa
36.	Si chiede di chiarire quale sia la durata dell’appalto in quanto le informazioni tra dup e capitolato sono discordanti. Infatti nel DUP a pag. 8 si dice “affidamento del servizio di gestione e manutenzione della centrale di sterilizzazione presso il presidio San Carlo per un periodo di 60 mesi rinnovabili per ulteriori 24 mesi e prorogabili per ulteriori 12 mesi”, mentre nel capitolato a pag 5 punto A si dice “La gestione, con personale della società aggiudicataria, dell’impianto di sterilizzazione esistente per un periodo di 60 mesi, compreso l’eventuale periodo di rinnovo e di proroga.”	Trattasi di refuso Si conferma che la durata contrattuale prevista per il servizio è pari a 60 mesi, più 24 mesi di rinnovo e 12 mesi di proroga
37.	Con riferimento all’art.2 del capitolato si chiede di confermare che l’avvio dell’appalto sia previsto dopo 90 giorni dalla consegna dei locali in cui dovranno essere eseguiti gli interventi di adeguamento. Nel suddetto articolo infatti si dice “L’avvio per l’erogazione del servizio decorrerà dalla data indicata nel provvedimento di	



PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE COMPLESSIVA DELLA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE DEL PRESIDIO SAN CARLO PER UN PERIODO DI 60 MESI CON CLAUSOLA DI RINNOVO PER 24 MESI E PROROGA PER 12 MESI
da espletarsi, tramite piattaforma Sintel, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 50/2016, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE II tranche

	aggiudicazione o nella lettera di affidamento complessivamente entro 60 giorni dalla data indicata nella delibera di aggiudicazione o nella lettera di affidamento, decorso il termine dilatorio di stand still e comunque dopo il collaudo positivo attestato con apposito verbale sottoscritto dalle parti, con previsione della facoltà di recesso indicati nel presente DUP, qualora ne ricorrano le condizioni. Ai fini di consentire il regolare avvio del servizio, entro i suddetti 90 giorni l’aggiudicatario dovrà effettuare i lavori di adeguamento e di impiantistica e consegnare le apparecchiature richieste e indicati negli atti di gara nonché eseguire tutto quanto al riguardo offerto nel proprio progetto tecnico qualitativo	
38.	Con riferimento all’art. 31 del capitolato pag 24 ed in particolare ai tempi previsti per la fase iniziale, si chiede di confermare che i 90 gg per l’esecuzione dei lavori di adeguamento della centrale DEA decorrano dalla consegna dei locali e non dalla stipula del contratto.	Si conferma che decorreranno dalla data di consegna dei locali come da apposito verbale
39.	Con riferimento a quanto previsto dal DUP in merito agli elementi di valutazione riportati a pag 39, ed in particolare con riferimento alla manutenzione dello strumentario e nello specifico l’elemento 5.1 “Caratteristiche qualitative dello strumentario offerto, dei containers, nonché dello strumentario monouso”, si chiede di chiarire quale dovrebbe essere l’impiego dello strumentario monouso, di cui il capitolato non parla. Si chiede inoltre di pubblicare le eventuali tipologie di strumentario chirurgico monouso di	Si veda risposta al quesito n. 8

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE COMPLESSIVA DELLA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE DEL PRESIDIO SAN CARLO PER UN PERIODO DI 60 MESI CON CLAUSOLA DI RINNOVO PER 24 MESI E PROROGA PER 12 MESI
da espletarsi, tramite piattaforma Sintel, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 50/2016, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE II tranche

	cui avete necessità e i quantitativi stimati	
40.	<p>Con riferimento a quanto previsto dal DUP in merito agli elementi di valutazione riportati a pag 39, ed in particolare con riferimento al criterio Progettazione e realizzazione /ristrutturazione e manutenzione della centrale di sterilizzazione e nello specifico l’elemento 1.1 Progetto, layout infrastrutturale/impiantistico, si chiede di confermare che occorre presentare esclusivamente un layout con il posizionamento delle nuove apparecchiature e degli arredi come richiesto dal capitolato art.9 Fornitura, installazione e manutenzione di apparecchiature ed arredi necessari per l'esecuzione del servizio richiesto da pag 9 a 12 dove si dice "L'offerente dovrà presentare, nel progetto tecnico una descrizione delle apparecchiature, delle attrezzature e degli arredi offerti"[..] "Laddove l'intervento di sostituzione delle Apparecchiature rendesse necessaria la modifica, l'adattamento o la sostituzione di parti di impianti a servizio delle stesse e quindi l'esecuzione di lavori di adeguamento impiantistico e strutturale, questi si intendono inclusi nell'appalto così come le assistenze murarie e le opere edili e di ripristino di pavimenti, rivestimenti, intonaci, tinteggiature ecc.,". Si chiede quindi di confermare che non è necessario presentare un progetto</p>	Si veda risposta a quesito n. 12



PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE COMPLESSIVA DELLA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE DEL PRESIDIO SAN CARLO PER UN PERIODO DI 60 MESI CON CLAUSOLA DI RINNOVO PER 24 MESI E PROROGA PER 12 MESI
da espletarsi, tramite piattaforma Sintel, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 50/2016, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE II tranche

	edile e/o impiantistico di carattere preliminare o definitivo che dovranno invece essere presentati dall’aggiudicatario.	
41.	<p>ID: 165655758 Al punto 8.1 del Capitolato Tecnico Speciale si stabilisce che “Lo strumentario attualmente utilizzato presso le unità operative dell’ASST Santi Paolo e Carlo sarà preso in carico dall’Aggiudicatario alla data effettiva dell’attivazione del servizio nello stato d’uso in cui si trova se idoneo all’uso”. Successivamente si riporta che “i ferri dichiarati fuori uso dovranno essere tempestivamente reintegrati con ferri nuovi, che saranno a carico dell’aggiudicatario nell’ambito delle forniture supplementari con presentazione di relativa e adeguata offerta economica”. In più si statuisce che “Il quantitativo di ferri necessari come primo reintegro, oltre a quanto precedentemente scritto, dovrà anche tenere in considerazione l’organizzazione del nuovo servizio di logistica e delle attività previste dalla Ditta Concorrente, con particolare riferimento alla necessità di esternalizzazione della sterilizzazione durante la fase INIZIALE di ristrutturazione della centrale interna dell’ASST.</p> <p>Inoltre, al punto 31 viene stabilito che durante la FASE INIZIALE (entro 90 giorni solari dalla stipula del contratto) l’Appaltatore deve provvedere almeno a:</p>	<p>Si veda risposta a quesito n. 34 Si comunica che i termini non saranno prorogati</p>

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE COMPLESSIVA DELLA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE DEL PRESIDIO SAN CARLO PER UN PERIODO DI 60 MESI CON CLAUSOLA DI RINNOVO PER 24 MESI E PROROGA PER 12 MESI
da espletarsi, tramite piattaforma Sintel, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 50/2016, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE II tranche

	<p>·effettuare il censimento completo dei ferri chirurgici attualmente di proprietà dell’ASST Santi Paolo e Carlo, da ripetere annualmente;</p> <p>·eseguire i lavori di adeguamento della centrale di sterilizzazione esistente, potenziandola con tutte le attrezzature e apparecchiature dichiarate in fase di gara, in modo da soddisfare le esigenze dell’ASST Santi Paolo e Carlo.</p> <p>· Consegnare delle apparecchiature e collaudi relativi sia alle nuove che a quelle già presenti presso i locali della sterilizzazione di proprietà dell’ASST, cedute al fornitore in comodato d’uso;</p> <p>·Ecc., ecc.</p> <p>In considerazione di tutto ciò risulta impossibile il primo reintegro dei ferri necessario per assicurare l’avvio del servizio esternalizzato durante la fase INZIALE, in quanto il censimento completo dei ferri chirurgici è previsto solo durante la fase INIZIALE. Pertanto, così come il servizio è strutturato, si darebbe l’avvio alla fase INIZIALE con esternalizzazione della sterilizzazione, senza ancora aver effettuato il censimento e successivo reintegro dei ferri necessari, in funzione del notevole allungamento dei tempi legati alla logistica verso la centrale di sterilizzazione esterna durante la suddetta fase.</p> <p>A tal fine, per consentire una adeguata pianificazione delle attività e permettere ai partecipanti di elaborare un proprio piano di reintegro, si chiede di mettere a disposizione già in</p>	
--	--	--



PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE COMPLESSIVA DELLA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE DEL PRESIDIO SAN CARLO PER UN PERIODO DI 60 MESI CON CLAUSOLA DI RINNOVO PER 24 MESI E PROROGA PER 12 MESI
da espletarsi, tramite piattaforma Sintel, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 50/2016, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE II tranche

	fase di gara l’elenco dei kit esistenti con le quantità attualmente a disposizione e relativi kit urgenti da riconsegnare, concedendo, di conseguenza, un congruo periodo di proroga dei termini di presentazione dell’offerta economica.	
42.	ID: 165771132 L’art. 3 DUP stabilisce che «E’ previsto un periodo di prova di 2 mesi - al cui esito positivo l’aggiudicazione è subordinata - decorrente dalla data di avvio del servizio. Detto periodo è incluso nella suddetta durata contrattuale complessiva di 48 mesi.» Si chiede conferma che i 48 mesi indicati siano un refuso di stampa.	Trattasi di refuso-si conferma che la durata contrattuale complessiva è pari a 60 mesi
43.	In riferimento all’ELEMENTO 1.1 oggetto di valutazione della qualità tecnica indicato all’art. 12.3 DUP, si chiede quale sia il livello di progetto da presentare per i lavori di ristrutturazione della Centrale di Sterilizzazione.	Si veda risposta al quesito n 12
44.	Stando agli artt. 8.1 e 36 CAPITOLATO TECNICO, «l’eventuale fornitura dello strumentario» è presentata come «fornitura supplementare». L’art. 12.3 DUP nella tabella ELEMENTI E RELATIVI PARAMETRI OGGETTO DI VALUTAZIONE presenta il seguente elemento: «5.1- Caratteristiche qualitative dello strumentario offerto, dei containers, nonché dello strumentario monouso», senza specificare che si tratta di una eventuale fornitura supplementare. Può considerarsi quest’ultimo punto 5.1 come un refuso di stampa e può, quindi, considerarsi nulla la valutazione della qualità tecnica di tale elemento?	Si veda risposta al quesito n. 8

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE COMPLESSIVA DELLA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE DEL PRESIDIO SAN CARLO PER UN PERIODO DI 60 MESI CON CLAUSOLA DI RINNOVO PER 24 MESI E PROROGA PER 12 MESI
da espletarsi, tramite piattaforma Sintel, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 50/2016, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE II tranche

45.	In relazione all’elemento 5.2 OGGETTO DI VALUTAZIONE, “modalità adottate per la manutenzione ordinaria e straordinaria dello strumentario chirurgico”, non rinvenendosi all’interno del testo del DUP e del CAPITOLATO DI GARA riferimenti ulteriori a questa attività, si chiede conferma che il servizio di manutenzione dello strumentario non è compreso tra i servizi oggetto di gara.	Si conferma che la manutenzione dello strumentario è prevista nei servizi svolti per l’espletamento del servizio e di conseguenza è compreso nel valore posto a base d’asta
46.	Si richiede di dettagliare se possibile, il numero di interventi annui indicati nelle premesse del DUP, suddivisi per specialità chirurgica e tipologia di intervento	Si rimanda a quanto già pubblicato
47.	Si richiede se l’attuale organico indicato nel Capitolato Speciale di Gara all’art 30, è attualmente impiegato in maniera esclusiva presso la centrale DEA o parzialmente distaccato presso la centrale del 10 piano. Si richiede Inoltre se il personale si occupa attualmente della logistica esterna sul territorio(ex distretti ASST)	Il personale indicato è attualmente impiegato su tutto il servizio da parte dell’OE secondo le sue modalità.
48.	Al fine di poter valutare i reali carichi di lavoro delle centrali di sterilizzazione , si richiede conferma che il dato riguardante il numero di US indicato nelle premesse del DUP, è il numero effettivo delle Unità di Sterilizzazione prodotte dalla centrale, oppure frutto di un calcolo di conversione del numero di interventi chirurgici effettuati	Si conferma che il dato riferito al numero di US corrisponde al numero effettivo delle Unità di Sterilizzazione



PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE COMPLESSIVA DELLA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE DEL PRESIDIO SAN CARLO PER UN PERIODO DI 60 MESI CON CLAUSOLA DI RINNOVO PER 24 MESI E PROROGA PER 12 MESI
da espletarsi, tramite piattaforma Sintel, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 50/2016, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE II tranche

49.	In base ai criteri di aggiudicazione di cui all’art. 11 del DUP, “all’offerta tecnica migliore sarà assegnato il punteggio max previsto (70 punti)”.I punteggi attribuiti ai diversi elementi oggetto di valutazione nella tabella all’art. 12.3 del DUP, se sommati tra loro, danno un punteggio totale pari a 76, non a 70.Si chiede al Vs. spettabile Ente un chiarimento in merito	Si veda risposta al quesito n 22
50.	A seguito dei chiarimenti inviati, si richiede gentilmente una proroga dei termini per la presentazione delle offerte di almeno 30 giorni, al fine di consentire l’elaborazione e la presentazione di una congrua proposta tecnico/economica	Si comunica che i termini non saranno prorogati
51.	ID 165802498 A seguito dell'espletamento del sopralluogo e in considerazione della complessità del progetto legato anche alle opere edili di adeguamento e ripristino delle aree in cui si svolge il servizio, che richiede sicuramente, da una parte, una maggior raccolta d’informazioni e chiarimenti, e dall’altra, un maggiore impegno e tempo per le valutazioni finanziarie legate ad investimenti che necessitano di autorizzazione da parte della nostra Casa Madre, al fine di rispondere con una proposta tecnico-economica adeguata ma soprattutto al fine di poter partecipare alla gara stessa, chiediamo una proroga di almeno 1 mese dei termini attualmente previsti per la presentazione delle offerte. La concessione di una proroga, attraverso la partecipazione della scrivente alla gara, renderebbe più ampio il confronto	Si comunica che i termini non saranno prorogati

**PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E
MANUTENZIONE COMPLESSIVA DELLA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE DEL PRESIDIO SAN CARLO PER UN PERIODO DI 60
MESI CON CLAUSOLA DI RINNOVO PER 24 MESI E PROROGA PER 12 MESI
da espletarsi, tramite piattaforma Sintel, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 50/2016, con criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**

TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE II tranche

	competitivo in un mercato caratterizzato da un numero esiguo di operatori economici e si tradurrebbe pertanto in un vantaggio per la stessa stazione appaltante. Confidiamo pertanto nell’accoglimento della richiesta e richiediamo cortesemente una celere risposta, anche per non vanificare i benefici della proroga stessa	
--	---	--

Si comunica che successivamente verranno pubblicati i restanti quesiti

Milano 28/02/2023

Il R.U.P.
F.to digitalmente (Dott. Paolo Pelliccia)