



PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE COMPLESSIVA DELLA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE DEL PRESIDIO SAN CARLO PER UN PERIODO DI 60 MESI CON CLAUSOLA DI RINNOVO PER 24 MESI E PROROGA PER 12 MESI
da espletarsi, tramite piattaforma Sintel, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 50/2016, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE IV trance

NR. QUESITO	Quesito	Risposta
1.	<p>Rif. capitolato tecnico speciale pag. 5 - "OBBIETTIVI E OGGETTO DELL'APPALTO"</p> <p>Dove è previsto, tra le attività a carico della ditta aggiudicataria:</p> <p>"il Servizio di logistica interna al Presidio San Carlo ed esterna dai centri utilizzatori alla centrale di sterilizzazione e viceversa".</p> <p>Inoltre</p> <p>il Documento Unico di Procedura (DUP) riporta all'art. 12.2 pag. 40, tra i criteri di valutazione, l'elemento 6 "Logistica distributiva" che prevede tra i sub criteri di valutazione, i seguenti punti:</p> <p>6.1-Organizzazione e modalità di ritiro e riconsegna dello strumentario pti 2</p> <p>6.2-Attrezzature fornite per la logistica e lo stoccaggio presso i centri d'utilizzo pnti 2</p> <p>QUESITO</p> <p>In virtù del fatto che, durante il sopralluogo, non è stato possibile verificare gli aspetti logistici (a causa della sua breve durata e per il fatto che è stato previsto solo per gli aspetti inerenti le centrali di sterilizzazione), considerati i punteggi tecnici attribuiti, le implicazioni economiche conseguenti alla progettazione del servizio e agli investimenti da sostenere per l'acquisto delle attrezzature, si chiede cortesemente di fornire alla scrivente le seguenti</p>	<p>I blocchi operatori sono collocati al 10° piano (4 sale) e al primo piano sotterraneo (4 sale). Il Blocco parto è collocato al piano rialzato sez B.</p> <p>La programmazione vede entrambi i blocchi operatori impegnati al mattino e al pomeriggio, tenendo conto che l'attività in urgenza è svolta nel blocco operatorio al primo sotterraneo.</p> <p>Potenzialmente tutti i reparti e ambulatori hanno materiale da sterilizzare in quantitativi inferiori rispetto alle sedute operatorie, si predilige in tali ambiti il materiale monouso.</p>

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE COMPLESSIVA DELLA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE DEL PRESIDIO SAN CARLO PER UN PERIODO DI 60 MESI CON CLAUSOLA DI RINNOVO PER 24 MESI E PROROGA PER 12 MESI
da espletarsi, tramite piattaforma Sintel, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 50/2016, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE IV trance

	<p>informazioni sui centri di utilizzo interni al Presidio Ospedaliero San Carlo: -Per i Blocchi operatori/Blocco parto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ubicazione padiglione/piano • n° di sale operatorie <p>-Altri Centri di utilizzo interessati dal servizio di logistica (Reparti, ambulatori, servizi ecc.) con relativo elenco indicante il padiglione e piano di ubicazione.</p>	
2.	<p>L’art. 7 CAPITOLATO TECNICO stabilisce a proposito dei prodotti termolabili che «I materiali non trattabili a gas plasma dovranno essere inviati, senza ulteriori oneri per l’ASST, a una centrale esterna di sterilizzazione e restituiti sterili agli utilizzatori.» Al fine di stimare correttamente i costi del servizio, si chiede al Vostro rispettabile Ente la pubblicazione dei dati relativi al numero annuo di dispositivi medici termolabili sterilizzati con metodica diversa dal gas plasma.</p>	Buste sterilizzate ad ETO: 4524
3.	<p>L’art. 7 CAPITOLATO TECNICO stabilisce che «Una volta sterilizzati tali prodotti verranno resi disponibili dalla Centrale, per il ritiro concordato in orari stabiliti per i Reparti (prevedendo orari per la consegna almeno due volte in una giornata).» Si chiede di chiarire se consegna e ritiro dei dispositivi presso i Reparti debbano essere svolti dal personale di Centrale oppure se il personale dei Reparti</p>	Il ritiro e la consegna vengono effettuati da operatori di supporto dei reparti



PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE COMPLESSIVA DELLA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE DEL PRESIDIO SAN CARLO PER UN PERIODO DI 60 MESI CON CLAUSOLA DI RINNOVO PER 24 MESI E PROROGA PER 12 MESI
da espletarsi, tramite piattaforma Sintel, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 50/2016, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE IV trance

	provvederà in autonomia alla consegna e al ritiro presso la Centrale di Sterilizzazione	
4.	L’art. 8 CAPITOLATO TECNICO parla di «società aggiudicataria del servizio di sterilizzazione ed alta disinfezione». Tra i dispositivi elencati all’art. 7 CAPITOLATO non sono però indicati dispositivi da sottoporre a processo di alta disinfezione. Si chiede conferma che si tratti di un refuso di stampa	Trattasi di refuso
5.	<u>ID 165798380:</u> 1) In riferimento alla tabella di pagina 7 del DUP si richiede di specificare il significato di “procedure” ovvero si richiede di conoscere il numero di container, buste vapore e buste bassa temperatura prodotte in un anno solare.	Buste sterilizzate a basse temperature: 11241 Buste sterilizzate a vapore: 198862 Container: U.S. n. 13400 (70% da 1 US, 30% da ½ US)

Milano 03/03/2023

IL RUP
Dott. Paolo Pelliccia