Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Santi Paolo e Carlo

S.C. PROVVEDITORATO
Direttore: Dott. Paolo Pelliccia
Tel. 02-4022.2559 - 02-8184.2131
Fax 02-8184.4000
PEC: provveditorato@pec.asst-santipaolocarlo.it
Sede operativa: Presidio San Carlo

SPETT.LI SOCIETA'

Oggetto: SINTEL ID 136059968 – CHIARIMENTO N. 1 DEL 12/04/2021
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN MICROSCOPIO OTTICO A FLUORESCENZA PER LA S.S.D. DI ANATOMIA PATOLOGICA DEL PRESIDIO SAN CARLO- CIG Z4630DF29F

Con la presente, relativamente alla procedura in oggetto, si riporta la richiesta di chiarimentI pervenuta a mezzo Sintel e le relative risposte:

DOMANDA
Si prega di indicare quali filtri a fluorescenza sono necessari.

RISPOSTA
Il sistema dovrà essere provvisto di una dotazione minima di filtri, almeno blu e verde per eventuale doppia marcatura, che permettano una discriminazione della fluorescenza in termini di distinzione tra fluorescenza granulare e lineare, fondamentale per determinare la diagnosi differenziale nelle patologie renali da immunocomplessi, e cutanee.

DOMANDA
Si prega di indicare se il sistema dovrà essere collegato direttamente al server aziendale o eventuale cartella Clinica o può memorizzare le immagini su una cartella condivisa e poi queste portate su server aziendale/cartella clinica.

RISPOSTA
Si conferma quanto richiesto in capitolato.

Cordiali saluti

IL RUP
Dott. Paolo Pelliccia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs.7 marzo 2005, n.82 e norme collegate