



ASST Santi Paolo e Carlo	
Reg. In Uscita	0005174
Data	20/02/2020 16:08
1.6.3 Acquisizione e gestione beni mobili / generi di consumo	



S. C. PROVVEDITORATO

Direttore f.f.: Dott. Paolo Pelliccia

Tel. 02-4022.2590- 02-8184.2148

Fax 02-8184.4000

PEC: provveditorato@pec.asst Santi Paolo e Carlo.it

E-MAIL: provveditorato.segreteria@asst Santi Paolo e Carlo.it

Sede operativa: Presidio San Carlo

PP/cv

**INDAGINE DI MERCATO, MEDIANTE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO,
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
Impianti intersomatici cervicali dinamici per interventi di discectomia cervicale anteriore
OCCORRENTE ALL’U.O.C. DI NEUROCHIRURGIA DEL PRESIDIO “SAN CARLO”
DELL’ASST SANTI PAOLO E CARLO – PERIODO 24 MESI**

Con la presente consultazione, tramite indagine di mercato, mediante utilizzo della piattaforma telematica Sintel, accessibile all’indirizzo www.arca.regine.lombardia.it, si intende sondare il mercato al fine di verificare se, diversamente dalle informazioni in possesso di questa ASST, oltre alla Società SIAD HEALTHCARE S.p.a., con sede legale ed amministrativa in Via T. Edison n.6 – Assago (MI) - , C.F. e P.I. n. 00725050157, già individuata, siano presenti sul mercato altri operatori economici in grado di fornire quanto segue:

• **Impianti intersomatici cervicali dinamici per interventi di discectomia cervicale anteriore**

occorrente all’U.O.C. di Neurochirurgia del Presidio San Carlo, con le seguenti caratteristiche:

Indicazioni d'uso

Impianto protesico intersomatico (cage) dinamico (ammortizzatore) in interventi di discectomia cervicale anteriore in sostituzione del disco rimosso.

Il Sistema deve possedere i requisiti sottoelencati, considerati obbligatori ed indispensabili:

Il sistema deve avere le seguenti caratteristiche:

- impianto dinamico (ammortizzatore) per consentire una lieve mobilità residua tra le due vertebre contigue (riducendo così il rischio di patologia giunzionale delle cage statiche con fusione ossea, ma senza la più ampia libertà di movimento circonferenziale delle protesi discali)
- tecnica di impianto semplice, tipo “stand-alone”, sovrapponibile ad una cage fissa e non ad una protesi discale, senza necessità di viti e/o placche aggiuntive di ancoraggio ma con superfici di contatto dotate di caratteristiche che ne limitino la possibilità di dislocazione
- materiale RM-compatibile e radiopaco (per la migliore visualizzazione intraoperatoria in RX-scopia e postoperatoria anche su semplici RX-grafie)
- ampia scelta di misure in altezza, larghezza e profondità (per meglio adattarsi alla anatomia individuale del paziente)
- strumentario dedicato per l’impianto e la rimozione della cage

Disponibilità dello strumentario in comodato d’uso gratuito e di conto-deposito per le cage con possibilità di reintegro rapido.





L'importo complessivo BIENNALE presunto di spesa per la fornitura di che trattasi pari a n. 120 impianti complessivi, è stato stimato in: **Euro 150.000,00.= I.V.A. 4% esclusa.**

Qualora un'impresa disponga di sistema con caratteristiche analoghe e sia interessata alla fornitura di che trattasi, è invitata ad inviare, mediante utilizzo della piattaforma telematica Sintel

entro le ore 16:00 del giorno 28/02/2020

la seguente documentazione:

- 1) dichiarazione d'interesse alla fornitura;
- 2) documentazione tecnica atta ad individuare le caratteristiche del sistema proposto, con indicazione del modello, del produttore, CND e Repertorio e relative certificazioni CE
- 3) **All.to 1** - Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)

Dal momento che la piattaforma telematica "Sintel" richiede obbligatoriamente l'inserimento di un valore economico, si precisa che in tale campo dovrà essere inserito il valore €. 0,1 (valore simbolico di cui non si terrà conto).

All'esito dell'indagine di mercato l'ASST determinerà la tipologia di procedura più idonea per l'affidamento della fornitura in parola e, qualora ve ne siano i presupposti, svolgerà una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016.

In ogni caso il presente avviso è da intendersi come mera indagine di mercato, finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse; la presente indagine non vincola in alcun modo l'ASST Santi Paolo e Carlo e le manifestazioni d'interesse non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.

Il Responsabile f.f. S.C. Provveditorato
(Dott. Paolo Pelliccia)



Pratica trattata da:

Maria Carmina Valente - Tel. 02/40222212

E-mail: Valente.Carmen@sancarlo.mi.it