



Coordinatore Unico di S.C.

"Provveditorato – Economato":

Dott. Roberto Daffinà

Fax 02/8184.4000

Tel. 02/8184.2122- 2148

E-mail: roberto.daffina@asst-santiapolocarlo.it

ASST Santi Paolo e Carlo	
Reg. In Uscita	0013020
Data	15/06/2017 09:43
I.6.3 Acquisizione e gestione beni mobili / generi di consumo	



Ufficio Acquisizione Beni di Consumo

Tel. 02/ 4022.2212

Fax: 02/8184.4000

E-mail: ufficiogare.hsp@asst-santipaolocarlo.it

**INDAGINE DI MERCATO, MEDIANTE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO,
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
Cage modulari per la fusione vertebrale intersomatica lombare
OCCORRENTE ALL’U.O.C. DI NEUROCHIRURGIA DEL PRESIDIO “SAN CARLO”
DELL’ASST SANTI PAOLO E CARLO – PERIODO 24 MESI**

Con la presente consultazione, tramite indagine di mercato, mediante utilizzo della piattaforma telematica Sintel, accessibile all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it, si intende sondare il mercato al fine di verificare se, diversamente dalle informazioni in possesso di questa Azienda, oltre alla Società APTIVA MEDICA S.r.l., con sede in Via Gadames n. 57/7 – 20151 – Milano, già individuata, siano presenti sul mercato altri operatori economici in grado di fornire quanto segue:

- ***Cage modulari per la fusione vertebrale intersomatica lombare in interventi di artrodesi circonferenziale lombare con approccio posteriore monolaterale.***

occorrente all’U.O.C. di Neurochirurgia del Presidio San Carlo, con le seguenti caratteristiche:

Indicazioni d'uso

Fusione intersomatica vertebrale lombare in interventi di artrodesi circonferenziale con approccio posteriore monolaterale per il trattamento della patologia degenerativa lombo-sacrale associata ad instabilità primaria e secondaria.

Il Sistema deve possedere i requisiti sottoelencati, considerati abbligatori ed indispensabili:

Il sistema deve avere le seguenti caratteristiche:

- tecnica di impianto vertebrale lombare postero-laterale (PLIF) o transforaminale (TLIF) monolaterale;
- cage in materiale radiotrasparente (peek o analoghi) per garantire la migliore qualità di immagine nei controlli postoperatori con RM e TC;
- cage dotata di marker radiopachi per il controllo RX intraoperatorio e postoperatorio;
- cage modulare con singoli moduli di piccole dimensioni da assemblare e interconnettere in situ in più elementi progressivi all’interno dello spazio intersomatico, per garantire la più ampia copertura dei piatti vertebrali e ridurre il rischio di dislocazione e di pseudoartrosi;
- dimensioni e forme differenziate delle cage per adattarsi al meglio alla anatomia individuale del paziente (spessori variabili a partire da 7 mm, forme piane 0° e lordotiche minimo 5°);
- ampia fenestrazione della cage per il riempimento con osso autologo o sostituto d’osso
- strumentario dedicato per l’impianto, l’assemblaggio e la rimozione della cage,

Sede Legale: ASST Santi Paolo e Carlo - via A. di Rudini, 8 - 20142 Milano

Tel. 02/8184.1 (Centralino) Fax 02/8910875 (Protocollo Generale)

Cod. Fisc. 09321970965 P.IVA 09321970965



Disponibilità dello strumentario in comodato d'uso gratuito e di conto-deposito per le cage con possibilità di reintegro rapido.

L'importo complessivo annuo di spesa per la fornitura di che trattasi è stato stimato in: **Euro 80.000,00.= IVA al 4% esclusa.**

Qualora un'impresa disponga di sistema con caratteristiche analoghe e sia interessata alla fornitura di che trattasi, è invitata ad inviare, mediante utilizzo della piattaforma telematica Sintel,

entro le ore 12:00 del giorno 26/06/2017

la seguente documentazione:

- 1) dichiarazione d'interesse alla fornitura;
- 2) documentazione tecnica atta ad individuare le caratteristiche del sistema proposto, con indicazione del modello, del produttore, CND e Repertorio e relative certificazioni CE

Dal momento che la piattaforma telematica "Sintel" richiede obbligatoriamente l'inserimento di un valore economico, si precisa che in tale campo dovrà essere inserito il valore €. 0,1 (valore simbolico di cui non si terrà conto)

All'esito dell'indagine di mercato l'ASST determinerà la tipologia di procedura più idonea per l'affidamento della fornitura in parola e, qualora ve ne siano i presupposti, svolgerà una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016.

In ogni caso il presente avviso è da intendersi come mera indagine di mercato, finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse; la presente indagine non vincola in alcun modo l'ASST Santi Paolo e Carlo e le manifestazioni d'interesse non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.

Il Coordinatore Unico di S.C.
"Provveditorato – Economato"

(Dott. Roberto Daffinà)

Responsabile del Procedimento: Dr. Roberto Daffinà
Il Coordinatore dell'Ufficio: Sig.ra Claudia Perrella
Pratica trattata da: Sig.ra Valente Maria Carmina