

## RILEVATORE PARAMETRI

- Quantita': 10

## REQUISITI

- Apparecchiatura in grado di rilevare e visualizzare i seguenti parametri:
  - pressione non invasiva
  - saturimetria
- dotato di opportuni allarmi visivi e sonori per ciascun parametro
- completo di display
- dotato di software di ultima versione per pazienti adulti
- con accessori per pazienti adulti (bracciali, trasduttori,...)
- completo di carrello
- tipo di alimentazione:
  - tensione: 220/230 v monofase
  - frequenza: 50 hz
  - con batteria ricaricabile

## REQUISITI GENERALI

- La ditta dovrà fornire tutto ciò che risulta necessario per:
  - la completa installazione ed attivazione delle apparecchiature
  - la successiva formazione del personale utilizzatore
- Le apparecchiature offerte devono essere complete di tutto quanto necessario al regolare funzionamento

- Garanzia di almeno 24 mesi di tipo full risk, comprensiva di verifiche di sicurezza elettrica secondo le normative CEI vigenti, manutenzioni preventive in numero pari a quanto prescritto dal costruttore e relativi ricambi
- La ditta dovrà fornire la dichiarazione di conformità secondo la direttiva CE 2007/47 (o direttiva CE 93/42) delle apparecchiature offerte
- La ditta dovrà indicare il numero identificativo di registrazione nel repertorio dei dispositivi medici delle apparecchiature offerte, come indicato nel Decreto Ministeriale 21/12/2009.